

TT-PD-100 - Kalibrasyon ornegi

TT-PD 100 | Fark Basinc Transmitteri

Ornek kalibrasyon kaydi. Uretim serisi ve siparis kodu ile izlenir.

Siparis kodu: TT-PD-100

Olcum araligi: 0...100 mbar

Dogruluk: +/-0,2 % FS

Asiri basınca dayanım: 2 x FS

Kalibrasyon sıcakligi: 23 C +/- 2 C

Referans: laboratuvar basinc olcusu, izlenebilir etalon.

tempretech.com.tr • Bu dosya urun sayfasından uretilmistir. CAD ve sertifika talep uzerine.